

Explosion-Proof Electrical Machine Appliance Type Certification

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

Applicant <u>OR</u> Importer 申請者	Michell Instruments Ltd. Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, England	
Manufacturer OR OEM (if importer is listed) 製造者	Michell Instruments Ltd. Unit 48, Lancaster Way Business Park, Ely, Cambridgeshire, CB6 3NW, England	
Product name 品名	QMA601 Process Moisture Analyser QMA601 プロセスモイスターアナライザー	
Model name 型式の名称	EX1/EX3	
Protection concept Type 防爆構造の種類	Dust Protection by Enclosure	
Protection concept, Gas Group, Temperature Class 対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	Ex tb IIIC T85 °C Db	
Rating 定格	Ex1: 24 Vdc, Ex3 240 Vac	
Conditions of Safe Use 使用条件	See Below	
Certificate number 型式検定合格番号	第 CSAUK 18JPN005X 号	
Validity Period 有効期間	From April 25, 2018 to April 24, 2021 平成 30 年 4 月 25 日から平成 33 年 4 月 24 日まで	<i>N. Jones</i>
	From // to // 年 月 日から 年 月 日まで	
	From // to // 年 月 日から 年 月 日まで	
	From // to // 年 月 日から 年 月 日まで	

The equipment has passed the Type inspection based on the machine and other inspection rules.
機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2018, April, 25
平成 30 年 4 月 25 日

Type Test
型式検定実施者

Director of CSA Group UK Ltd
CSA グループテストイング UK LTD 取締役社長



CSAUK 18JPN005X

Specific Conditions of Use;

1. Clean only with a damp or anti-static cloth.
2. External cables shall be suitable for use at temperatures of 86°C.
3. Maximum combined process flow into the enclosure must not exceed 5ltr/min.
4. The enclosure must be earthed eternally using the earth point provided.
Do not open when energised or when an explosive atmosphere may be present.